



A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 1625	<i>1</i>
Nom & Prénom : Hikou Abdel illah		Fonction : Retraite	
Mail : mariafassi.fihri1@gmail.com		Phones : 0642778402	
MEDECIN	Prénom du patient : Abdel i. Fihri		
Adhérent <input type="checkbox"/>	Conjoint <input type="checkbox"/>	Enfant <input type="checkbox"/>	Age : 72 ans Date : 22.04.18
Nature de la maladie		Date 1ère visite	
TV + Infiltrate sans cardéogène			
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	
consolidation de suivi des défibrillateurs		600 Dh	
PHARMACIE	Date : 14.05.2019		
Montant de la facture	14. Bd de Paris, 1er étage N°10 - Casablanca		
ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES		Date : 10.05.2019	
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires		
ACCUEIL			
JUIN 2019			
AUXILIAIRES MEDICAUX Date : 10.05.2019			
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV

## Cabinet de cardiologie à orientation rythmologique

Dr Moustaghfir Abdelhamid  
Professeur de cardiologie

### Note d'honoraire N°513/2019

La Date	Nom et prénom	Acte	Montant	Signature et cachet du médecin traitant
22/04/2019	Mikou abdelillah	Consultation de suivi du défibrillateur	Six cent dirhams (600 dh)	

14, Bd de Paris, 1er étage N°10 Casablanca 2000.

Tél : 05 22 26 53 53/Fax : 05 22 26 53 55 – ICE 001676319000072

Email :moustaghfir64@gmail.com

MIKOU ,abdel illah  
ID: 0011  
DDN:01/01/1947  
72 Ans , ,  
Homme ,Inconnu  
Méd.:  
Site:  
Médecin traitant:  
Notes: 117/68

22/04/2019 15:30:20

FC: 73 BPM  
Int PR: --- ms  
Durée QRS: 185 ms  
QT/QTc: 423/450 ms  
Axes P-R-T: --- 221 93  
RR Moy: 811 ms  
QTcB: 469 ms  
QTcF: 453 ms


RAPPORT NON CONFIRM

Revu par:

FA .

Signé par:

Excellent synchronisation Date:



MIKOU Abdelilah

Dispositif : Viva XT CRT-D DTBA2D1

Numéro de série : BLJ616836S

Date de la visite : 22-Avr-2019 16:34:23

SW016 Version logiciel 8.2 (5.1)

Copyright © Medtronic, Inc. 2015

## Rapport mesures pile et sondes

Page 1

Dernière interrogation : 22-Avr-2019 16:34:23

Longévité résiduelle 22-Avr-2019

Estimée à : 3.6 ans  
Minimum : 2.8 ans  
Maximum : 4.4 ans



RRT > 5 ans  
(basée sur l'interrogation initiale)

Tension pile 22-Avr-2019

Tension 2.96 V  
(RRT=2.73V)

Dernière charge 31-Mar-2019

Temps de charge 3.9 s  
Energie 0.0 - 18 J

Compteur d'intégrité de la détection Depuis 30-Aug-2018

Intervalles V-V courts 0

Vérification position sonde auriculaire

Pas de mesure depuis réinit.

MIKOU Abdelilah

Dispositif : Viva XT CRT-D DTBA2D1

Numéro de série : BLJ616836S

Date de la visite : 22-Avr-2019 16:34:23

SW016 Version logiciel 8.2 (5.1)

Copyright © Medtronic, Inc. 2015

## Rapport mesures pile et sondes

Page 2

### Impédance sonde

Stimulation A.	437 ohms	22-Avr-2019
Stimulation VD (Bipolaire)	722 ohms	22-Avr-2019
Stimulation VG (DistaleVG/SpireVD)	646 ohms	22-Avr-2019
Défibrillation VD	48 ohms	22-Avr-2019
Défibrillation VCS	59 ohms	22-Avr-2019

### Détection

Amplitude d'onde P	0.6 mV	22-Avr-2019
Amplitude d'onde R	19.4 mV	19-Avr-2019

### Dernière thérapie haute tension

Pas de mesure depuis réinit.

Dr. Abdelhamid Moustaghfi  
Professeur de cardiologie  
Cardiologie Interventionnelle  
Tel: 05 22 26 53 53 - Fax : 05 22 26 53 55  
14, Bd de Paris 1er étage N°10 - Casablanca

J



# Cabinet de Cardiologie à orientation Rythmologique

Dr Moustaghfir Abdelhamid  
Professeur de cardiologie

Casablanca, le ..... **22 AVR 2019** .....

Nom : **MIKOU** .....

Prénom : **abdelillah** .....

## Electrocardiogramme de surface

14, bd. de Paris, 1er étage N° 10 - Casablanca 20000.

Tél. : 05 22 26 53 53 - Fax. : 05 22 26 53 55

[cabinetrythmologie@gmail.com](mailto:cabinetrythmologie@gmail.com)